



写真14 BL41XUに導入されたタンパク結晶回折計  
入射X線整形システム、2軸ゴニオメーター、  
検出器からなる。検出器はX線CCDカメラとイメージングプレート検出器から選  
択できる。

写真15 排水処理棟自動分析装置  
排水処理棟の機能確保及び排出原因追及  
のため設置された、実験排水自動分析装  
置群



写真16 第6回SPring-8シンポジウム  
(2002年9月10日～11日開催)：普及棟大  
講堂・講演会場の様子